

Pose d'aiguille de Huber : Dérive des pratiques et mesures correctives



F. Charra, A. Sainfort, N. Lagraa, C. Barbato, B. Mottet, I. Lefort
Centre Hospitalier d'Ardèche Nord



n° 372

Événement indésirable

Injection 20mL d'eau stérile non injectable lors de la pose d'aiguille d'Huber sur chambre à cathéter implantable

Déclaration

Cellule chargée de la qualité et de la sécurité des soins

Contexte

Utilisation d'un **set de sondage urinaire*** par l'infirmière → Dérive des pratiques non isolée
* Champ – Champ troué – Pince – Compresses – Seringue – Aiguille – **Ampoule Eau Stérile**

Objectif

- Amélioration des pratiques et sécurité des soins lors des poses d'aiguille de Huber
- Elaboration d'actions correctives et mise à jour du protocole existant




- Revue des pratiques professionnelles
- Multidisciplinarité :
Infirmiers - Pharmacie
Equipe opérationnelle d'hygiène hospitalière (EOHH)

Méthode

Résultats

Actions entreprises

- Evaluation des besoins précis des infirmiers → Observation et recensement du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte de pose d'aiguille de Huber
 - Recherche d'un set stérile adéquat contenant l'ensemble des éléments nécessaires
 - Champ – Champ troué – Compresses – Seringue – Aiguille – **Ampoule NaCl 0.9%** - Film Adhésif – Double Bandelette adhésive
 - Mise en place d'essais de sets sélectionnés auprès des infirmiers via des échantillons et une grille d'évaluation afin d'effectuer un référencement dédié et adapté
 - Information et formation des équipes soignantes sur ce nouveau référencement
- A noter l'utilisation concomitante d'un set à pansement standard (pinces et tampons) et la validation de l'utilisation du set par l'EOHH



Discussion

Évènement indésirable témoin d'une dérive des pratiques professionnelles

- Nécessité d'une mise en place d'actions correctives, même en l'absence de conséquence clinique chez le patient
- Surcoût engendré par le référencement du nouveau acceptable au regard du gain de sécurité apporté et d'une politique générale du management de la qualité
- Utilité d'une collaboration entre les différents professionnels de santé, et réactivité suite à l'évènement indésirable grâce au système de déclaration.

Conclusion